



<b>Factor de influencia</b>	<b>Condiciones de referencia</b>	<b>Valores extremos</b>
<i>Tensión de suministro CA</i>	<i>Tensión nominal</i>	-15% de NV + 10% de NV
<i>Frecuencia del suministro</i>	<i>Frecuencia nominal</i>	± 2% de NF
<i>Tensión de suministro DC</i>	<i>Tensión nominal (NV)</i>	- 8% de NV + 24% de NV (a)
<i>Temperatura ambiente</i>	23 °C ± 5°C	15 °C y 35 °C para etilómetro no portátiles (b) -10 °C y 40 °C para etilómetros portátiles (b)
<i>Humedad relativa ambiente (HR)</i>	<i>HR Ambiente del laboratorio</i>	Hasta 93%
<i>Presión atmosférica (PA)</i>	<i>PA Ambiente</i>	860 hPa 1060 hPa